Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 2396(1-3) Exp: 2020-Apr-30

AccuLite® CLIA	23961		23962		23963	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Tumor Markers						
Ferritin in ng/ml	26.96	18.06 - 35.86	379.89	254.52 - 505.26	>700	N/A
CEA in ng/ml	2.61	1.75 - 3.47	33.31	22.32 - 44.3	114.23	76.54 - 151.92
AFP in ng/ml	5.91	3.96 - 7.86	79.44	53.23 - 105.65	253.86	162.91 - 344.81
PSA in ng/ml	<1	N/A	9.39	6.29 - 12.49	39.59	26.53 - 52.65
fPSA in ng/ml	<0.3	N/A	3.04	2.04 - 4.04	>10	N/A
CA-125 in U/ml	24.96	20.98 - 28.94	57.17	45.91 - 68.43	175.14	117.34 - 232.94
CA-19-9 in U/ml	N/A					
CEA Next Generation in ng/ml	2.07	1.39 - 2.75	27.5	18.43 - 36.57	97.09	65.05 - 129.13
PRL in ng/ml	10.6	7.13 - 14.15	36.97	24.77 - 49.17	>100	N/A
HCG in mIU/ml	2.21	1.48 - 2.94	33.33	22.33 - 44.33	158.72	160.34 - 211.1
TG in ng/ml	5.38	3.6 - 7.16	45.8	30.68 - 60.92	127.99	85.75 - 170.23
CA 15-3 in U/ml	13.77	9.23 - 15.31	28.4	19.03 - 37.77	44.78	30 - 59.56

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: A Shatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2018-Apr-27

REVISION: 0

DCO: N/A