Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 4224(1-3) EXP: 2020-Dec-31

AccuBind® ELISA	42241		42242		42243	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Fertility						
Ferritin in ng/ml	8.41	5.64 -11.19	41.28	27.66 - 54.91	87.19	58.42 - 115.96
AFP in ng/ml	24.25	16.25 - 32.25	80.75	54.11 - 107.40	308.55	206.73 - 410.38
LH in mIU/ml	120.29	80.59 - 159.99	44.85	30.05 - 59.65	34.81	23.32 - 46.30
hCG in mIU/ml	1.87	1.21 - 2.53	26.75	17.92 - 35.58	22343.98	14970.47 - 29717.49
Testosterone in ng/ml	0.28	0.19 - 0.38	3.44	2.30 - 4.57	7.35	4.92 - 9.77
Progesterone in ng/ml	18.23	12.22 - 24.25	35.57	23.83 - 47.31	>60	N/A
E2 in pg/ml	145.15	97.25 - 193.05	181.88	121.86 - 241.90	705.54	472.71 - 938.37

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: AShatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2018-Mar-01

REVISION: 0

DCO: N/A