Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 6024(L-3) EXP: 2020-Aug-31

AccuLite® CLIA	6024-L		60241		60242		60243	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Liquicheck Specialty IA								
anti-TG in IU/ml	<50	N/A	120.78	80.92-160.63	181.90	121.87-241.93	401.57	269.05-534.08
anti-TPO in IU/ml	10.18	6.82-13.54	30.77	20.61-40.92	70.48	47.22-93.74	159.03	106.55-211.51
C-peptide in ng/ml	0.87	0.58-1.15	0.94	0.59-1.30	3.86	2.59-5.14	>9	N/A

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: AShatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2018-Feb-27

REVISION: 0

DCO: N/A