Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 2369(1-3) Exp:2020-Nov-30

AccuLite® CLIA	23691		23692		23693	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Cardiac Markers						
CKMB in ng/ml	2.34	1.57-3.11	12.38	8.30-16.47	63.68	42.67-84.70
hsCRP in µg/ml	0.75	0.50-1.0	1.94	1.30-2.58	5.59	3.74-7.43
Myoglobin in ng/ml	88.18	59.08-117.28	152.44	102.14-202.75	295.52	198.0-393.04

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: AShatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2018-Mar-02

REVISION: 0

DCO: N/A