Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 6026(L-3) EXP: 08-2021

AccuLite® CLIA	6026-L		60261		60262		60263	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Liquicheck Specialty IA								
anti-TG in IU/ml	<50	N/A	126.81	84.96-168.65	218.38	146.31-290.44	489.70	328.10-651.30
anti-TPO in IU/ml	5.92	3.96-7.87	27.86	18.67-37.06	83.07	55.66-110.49	198.66	133.10-264.22
C-peptide in ng/ml	0.86	0.58-1.14	0.95	0.61-1.22	4.14	2.77-5.51	>9	N/A

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: A Shatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2018-Oct-04

REVISION: 0

DCO: N/A