Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 6027(L-3) EXP: 2022/02/28

AccuLite® CLIA	6027L		60271		60272		60273	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Liquicheck Specialty IA								
anti-TG in IU/ml	<50	N/A	98.78	66.18 - 131.37	214.50	143.72 - 285.29	421.20	282.2 - 560.20
anti-TPO in IU/ml	7.80	5.23 - 10.37	26.16	17.53 - 34.80	56.74	38.01 - 75.46	141.36	94.71 - 188.01
C-peptide in ng/ml	0.75	0.50 - 1.00	0.84	0.56 - 1.11	3.82	2.56 - 5.08	<8	N/A

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

REVISION: 0

VERIFIED BY: A Shatola DEPT: QA

EFFECTIVE DATE: 03/12/2019

DCO: N/A