Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 6762(1-3) Exp: 2022-06-30

AccuLite® CLIA	67621		67622		67623	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Cardiac Markers						
CKMB in ng/ml	2.70	1.81-3.59	14.13	9.47-18.79	67.09	44.95-89.23
hsCRP in µg/ml	0.94	0.63-1.25	2.22	1.49-2.96	6.47	4.33-8.60
Myoglobin in ng/ml	56.27	37.70-74.84	131.47	88.09-174.86	268.21	179.70-356.72
Troponin I in ng/ml	<0.5		0.82	0.55-1.09	3.75	2.51-4.99

Note: Monobind evaluates levels 1, 2 and 3 in the Bio-Rad control.

It does not evaluate levels 1A, 1B and 1C due to minimal difference in value recognition.

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: A Shatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2019-Aug-05

REVISION: 0

DCO: N/A