Monobind Inc.
The World Resource for Diagnostic Products

VALUE ASSIGNMENT FOR BIO-RAD
MASTER LOT 6764(1-3) Exp:2023/05/31

AccuBind® ELISA	67641		67642		67643	
	Mean	Range	Mean	Range	Mean	Range
Cardiac Markers						
CKMB in ng/ml	4.81	3.22-6.40	14.98	10.04-19.92	72.81	48.78-96.83
hsCRP in µg/ml	0.09	0.05-0.13	0.23	0.15-0.30	0.67	0.45-0.90
Myoglobin in ng/ml	87.04	58.32-115.77	139.74	93.62-185.85	298.2	199.80-396.61
Troponin I in ng/ml	<1		1.4	0.95-1.86	5.18	3.41-6.95

Note: Monobind evaluates levels 1, 2 and 3 in the Bio-Rad control.

It does not evaluate levels 1A, 1B and 1C due to minimal difference in value recognition.

DOCUMENT HISTORY

PREPARED BY: _____ DEPT: QC

VERIFIED BY: AShatola DEPT: QA

APPROVED BY: _____ DEPT: Administration

EFFECTIVE DATE: 2020-08-14

REVISION: 0

DCO: N/A